



# 防爆合格证

证号: GYB17.1388X

由 宁波朗科精工技术有限公司

制造的产品:

(地址: 宁波市江北区甬江工业区振甬路137号)

名称 防爆型称重仪表

型号规格 XK3150-Exd

防爆标志 Ex d [ia II C Ga] II B T6 Gb

产品标准 GB/T7724-2008

图样编号 LP3150002C001

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2017年6月2日至2022年6月1日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
  2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
  3. 盖与箱体间用紧固件性能等级为8.8。
  4. 本安电气参数: YB958H安全栅(3-地, 4-地)  $U_0=7.5V$   $I_0=560mA$   $P_0=1.1W$   $C_0=11\mu F$   $L_0=0.07mH$ ; YB964H安全栅(3-地, 4-地)  $U_0=12V$   $I_0=12mA$   $P_0=36mW$   $C_0=1\mu F$   $L_0=100mH$ 。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一七年六月二日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号  
邮编: 200233

网址: [www.nepsi.org.cn](http://www.nepsi.org.cn)  
Email: [info@nepsi.org.cn](mailto:info@nepsi.org.cn)

电话: +86 21 64368180  
传真: +86 21 64844580